

**Протокол об итогах
о проведении закупа изделий медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений**

г. Астана

16.04.2024г.
10 часов 30 минут

ул. Хусейн Бен Талал,7

Закуп изделий медицинского назначения в способом запроса ценовых предложений осуществляется в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 07 июня 2023 года № 110 « Об утверждении правила организации проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных приказом министра здравоохранения РК от 07 июня 2023 года № 110 (далее- Правила).

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Шалтаков Данияр Сагимбаевич

Заместитель директора по медицинской части

Члены комиссии:

Гом Лариса Геннадьевна

Заместитель директора ФЭВ

Ербатырова Сандугаш Жанабековна

Юрист

Диярова Айман Аиповна

Руководитель сестринской службы

Самеева Мэлисса Нуруллоевна

Руководитель аптеки

Секретарь комиссии

Тастамбекова Бибигуль Булатовна

Менеджер по государственным закупкам

2. На участие в закупе в установленные сроки, до истечения окончательного срока представлены заявки следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес всех потенциальных поставщиков	Время и дата представления заявки
1	-	-	-

3. Потенциальные поставщики предоставили следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование лота	Характеристика	Ед. изм	Кол-во	Выделенная цена за ед. (тенге)	Ценовые предложения потенциальных поставщиков	Наименование потенциального поставщика
1	Дозатор механический одноканальный переменного объема 1000-10000 мкл	<p>Дозатор механический одноканальный переменного объема 1000-10000 мкл со специфичной цветовой маркировкой для облегчения выбора наконечников. Обязательна лёгкость нажима при нажатии для предотвращения синдрома запястного канала и улучшения качества длительных операций дозирования. Необходимо наличие опоры для пальца, механизма установки/сброса наконечника, высококонтрастного (белые символы на чёрном фоне) дисплея для отображения объёма и его фиксирования при выборе. Прибор должен подлежать полному автоклавированию без необходимости демонтажа, а также иметь устойчивость к химическому и ультрафиолетовому воздействию. Диапазон точности при проведении тестов по стандарту ISO 8655 допускается в пределах 0.60 - 3.00 %.</p> <p>Воспроизводимость прибора должна составлять от 0.20 до 0.60 %. Дискретность не должна превышать 20.0 мкл. Материал поршня – нержавеющая сталь. Материалы дозатора: корпус, сбрасыватель наконечника -</p>	шт	1	50 000	-	-

		<p>полипропилен, посадочный конус - фторированный каучук и поливинилиденфторид. Наконечники для пипеточных дозаторов для дозирования жидкостей объёмом от 1000 до 10000 мкл, длиной не менее 154 мм не более 156 мм. Должны быть изготовлены в чистом помещении класса 8 по стандарту ISO 14644-1. Форма выпуска - 250 наконечников в упаковке. Наконечники должны быть совместимы с дозаторами производителя для обеспечения гарантируемых им метрологических характеристик.</p> <p>Ввоз и реализация должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, проверку их характеристик на соответствие документации и спецификации фирмы-производителя (точность, чувствительность, производительность и т.д.) осуществляет Поставщик.</p> <p>Прибор должен находиться в реестре ГСИ, и сопровождаться калибровочными либо поверочными документами, а также руководством по эксплуатации на русском и/или государственном языках.</p> <p>Количество наконечников - 250 наконечников в упаковке</p> <p>Комплект поставки дозатора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дозатор 2. Термостойкий смазочный материал 3. Защитные фильтры (если совместимы), не менее 10 шт. 					
--	--	---	--	--	--	--	--

4. Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям Правил:

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие
1	-	-

5. Комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие на изделия медицинского назначения по ценовым предложениям.
РЕШИЛА:

- 1) Признать закуп по ценовым предложениям по лотам № 1 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комиссии:

Шалтаков Данияр Сагимбаевич



Члены комиссии:

Гом Лариса Геннадьевна

Ербатырова Сандугаш Жанабековна

Диярова Айман Аиповна

Самеева Мэлисса Нуруллоевна

Секретарь без права голоса

Тастамбекова Бибигуль Булатовна










